

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zakup i dostawę materiałów szwnych

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1 i 2

Czy w zakresie pakietu nr 1 i 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania (w pozycji nr 1 jako część zestawu do wykonywania zabiegów niskiej przedniej resekcji): Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką? (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). Pozostałe parametry asortymentu opisanego w załączniku nr 1 do SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 1 i 2 dopuści do zaoferowania (w pozycji nr 1 jako część zestawu do wykonywania zabiegów niskiej przedniej resekcji): Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Prezes Zarządu
Spółki z o.o. "Szpital Tucholski"
lek. med. Jarosław Katuski