

### **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) na zakup i dostawę materiałów szwnych

### **Dotyczy Zadania nr 7 poz. 2**

Zwracamy się o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki o rozmiarze 15cm x 20cm lub 30cm x 30cm

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

### **Dotyczy Zadania nr 12**

W związku z tym, że producenci w różny sposób konfekcjonują klipsy w opakowaniach zbiorczych (tzn. 18 lub 20 magazynków), a różnice te nie mają żadnego wpływu na jakość wykonywanej hemostazy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania klipsów, które pakowane są po 20 magazynków w kartonie.

W takim wypadku proponujemy, żeby w formularzu cenowym w kolumnie „jednostka miary” słowo opakowanie zmienić na magazynek, natomiast w kolumnie „miń” i „max” odpowiednio 126 szt. i 180 szt. co wynika z iloczynu dotychczas wyspecyfikowanych opakowań zawierających po 18 magazynków.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 do SWZ.

Prezes Zarządu  
Spółki z o.o. "Szpital Tucholski"  
  
lek. med. Jarosław Kątułski