

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę rękawic medycznych.

Pakiet nr 1 poz. 1 – Rękawiczki nitrylowe – Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 1 – Rękawiczki nitrylowe – Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o następującej specyfikacji: Rękawice nitrylowe bezpydrowe, Wykonane z kauczuku nitrylowo-butadienowego

- Pasujące na obie dłonie, teksturowane na palcach
- rękawice polimeryzowane na zewnątrz, chlorowane od wewnątrz
- AQL – 1,5
- Kolor – jasno - niebieski
- Długość 240 mm
Szerokość 110 mm
- Odporność na przerywanie - Przed starzeniem ≥ 6.0 N - Po starzeniu ≥ 6.0 N
- Grubości rękawic: mankietu 0,051 mm, na dłoni 0,061 mm, na palcu 0,082 mm
- odporność na rozrywanie 21,4 pa
- nie zawierają lateksu, odpowiednie do kontaktu z żywnością
- Normy:
 - EU 2016/425
 - EU 2017/745
 - EN 16523 – 1:2015 + A1:2018
 - EN 420: 2003 + A1: 2009
 - EN 455 – 3:2015
 - EN ISO 21171:2006
 - EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/ Type B
 - EN ISO 374-4:2019
 - BS EN ISO 374 – 5:2016

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Prezes Zarządu
Spółki z o.o. Szpital Tucholski
[Podpis]
lek.med Jarosław Katulski