

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę rękawic medycznych.

**Pytanie 1 dot. Pakiet 1, poz., 1**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody potwierdzenie zgodności z normą EN 455 raportem z badań producenta w miejsce badań jednostki niezależnej. Należy zaznaczyć, że to producent jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badań zgodności z normą EN 455 dla każdej wyprodukowanej serii rękawic będących wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 2 dot. Pakiet 1, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 14 N dla rękawicy spodniej oraz min. 13 N dla rękawicy wierzchniej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Prezes Zarządu  
Spółki z o.o. "Szpital Tucholski"  
*A. Kucharski*  
lek.med. Jacek Kucharski